

差圧計の一般校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

■ 対象測定器

デジタル差圧計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

対象測定器	校正範囲		校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
機械式差圧計	気体差圧	100 kPa 以上 1 MPa 以下 [ライン圧力50 kPa以上 500 kPa以下 (ゲージ圧力)]	4 kPa
デジタル差圧計	気体差圧	100 kPa 以上 1 MPa 以下 [ライン圧力50 kPa以上 500 kPa以下 (ゲージ圧力)]	3 kPa

圧力媒体は、気体圧力：空気となります。
ライン圧力をご指定下さい。
継手によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）には対応しておりません。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>